

質 疑 回 答 書

No. 1

下記業務の入札に関し、質疑がありましたので回答致します。

業 務 名	国保中央病院臨床検査業務委託
-------	----------------

No.	質 疑 内 容	回 答 内 容
1	<p>国保中央病院臨床検査業務委託仕様書5測定方法及び基準値につきまして、ご質問させていただきます。別紙の現行項目詳細欄がございます基準値欄で、空白の項目がございますが、弊社では基準値設定している項目が29項目ございます。この場合、基準値が一致しているとの解釈でよろしいでしょうか、ご教示のほどをよろしく申し上げます。</p>	<p>基準値が空欄となっていた29項目の基準値については別紙のとおりとします。</p>
2	<p>別紙 検査項目単価表156ハウスダスト2、215クンケル反応（ZTT）につきましてご質問をさせていただきます。上記2項目は、測定試薬の供給はない項目と認識しておりますが取り扱いについてご教示の程、宜しくお願い致します。</p>	<p>ご指摘のとおり検査項目単価表156ハウスダスト2、215クンケル反応（ZTT）の2項目については、測定試薬の供給中止となっている検査項目のため、検査項目単価表より削除してください。</p>