

仕 様 書

1. 調達件名および数量

- ・第3手術室埋め込み保冷库・保温庫の更新・・・・・・・・・・1 式

2. 仕様等

2-1 手術室壁埋め込み保冷库

- 1-1 納入製品は、「株式会社アイソテック 保冷库 FC-1 SUS 製」とし、同等品は不可とする。
- 1-2 改修工事部分は、保冷库ユニット部分のみとし手術室の設備改修を必要とする工事は認めない。
- 1-3 一次側電源工事を必要とする場合は、請負業者の負担とする。
- 1-4 改修工事期間は、調整を含め 2 日以内の土曜、日曜とする。なお、1 日で完了できる場合は水曜日也可とする。
- 1-5 庫内温度は 4℃～10℃の範囲で調節出来、表示で温度を確認できること。
- 1-6 手術室内の空調を保つため、庫内冷風強制循環方式であること。

2-2 手術室壁埋め込み保温庫

- 2-1 納入製品は、「株式会社アイソテック 保温庫 FH-1 SUS 製」とし、同等品は不可とする。
- 2-2 改修工事部分は、保温庫ユニット部分のみとし手術室の設備改修を必要とする工事は認めない。
- 2-3 一次側電源工事を必要とする場合は、請負業者の負担とする。
- 2-4 改修工事期間は、調整を含め 2 日以内の土曜、日曜とする。なお、1 日で完了できる場合は水曜日也可とする。
- 2-5 庫内温度は 32℃～45℃の範囲で調節出来、表示で温度を確認できること。
- 2-6 手術室内の空調を保つため、庫内温風強制循環方式であること。

3. 納入期限

令和4年9月30日（金）

※可能な限り、早めの納入に努めること。

4. 設置に関する要件

1. 当施設が指定した納入場所において、本物品および付属全ての据付および取扱説明について責任をもって行うこと。
2. 納入により生じた梱包材料などは、持ち帰り処分すること。
3. 納入、設置、運搬等において、建物にキズ、破損などの損害を与えた場合は、補修に関する費用は設置業者の負担とする。
4. 現有機(セントラルユニ製 保冷库 OP-7010C 型 保温庫 OP-7020W 型 各1台)は、施設の指示に従い入替、撤去、廃棄し、その費用を一切含むこと。
廃棄に伴うマニフェストを提出すること。
5. 納入の際には物品の名称、数量等が記載された納品書を提出し、施設担当者の検収を受けること。

5. その他

1. 指定納入場所への搬入、手続き等の作業費は、契約金額内で施行すること。
2. 納品については、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
3. 日本語の取扱説明書を提供すること。
4. 納入物品は、新造、未使用であること。
5. 品質保証期間は、納入日から1年間とする。
6. 職員に使用説明等を充分に行うこと。
7. 本仕様書に明示なき事項については、施設担当者の指示のもと実施、対応すること。