

## 仕 様 書（修正版）

### 1. 調達件名および数量

医療用洗濯機 1 台および大型乾燥機 1 台の購入

- ・医療用洗濯機・・・・・・・・・・1 台
- ・大型乾燥機・・・・・・・・・・1 台

### 2. 仕様等

①メーカー：山本製作所

- ・全自動洗濯機 WH-203H 1 台  
（特殊仕様：高温水・蒸気） 処理量 20kg/回
- ・全自動スチール乾燥機 VS-262 1 台  
（ドア逆仕様・蒸気仕様） 処理量 26kg/回

②メーカー：アイナックス

- ・全自動水洗機 I-221W 1 台  
（80℃ 10 分対応 オイルシールフッ素仕様）  
処理量 22kg/回
- ・全自動乾燥機 I-221S 1 台  
（蒸気電磁弁・前ドア逆開き） 処理量 22kg/回

※上記 2 者いずれかの製品に限る。

### 3. 納入・設置に関する要件

1. 当施設が指定した納入場所において、本物品および付属全ての据付および取扱説明について責任をもって行うこと。
2. 納入により生じた梱包材料などは、持ち帰り処分すること。
3. 納入、設置、運搬等において、建物にキズ、破損などの損害を与えた場合は、補修に関する費用は設置業者の負担とする。
4. 納入の際には物品の名称、数量等が記載された納品書を提出し、施設担当者の検収を受けること。
5. 国保中央病院 本館 2 階中央材料室に設置すること。
6. 納入される装置に必要な一次設備（配管部分）については本院が用意する。それ以外の

必要な特殊な電源、配線等については、落札者において誠実に対応すること。

7. 保守体制は、装置の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
8. 装置に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

#### 4. その他

1. 指定納入場所への納入、据付、養生、アンカー等の作業費は、契約金額内で施行すること。
2. 納品については、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
3. 操作マニュアルは、各装置について日本語版で3部以上を提供すること。
4. 納入物品は、新造、未使用であること。
5. 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
6. 職員に使用方法等の説明を充分に行うこと。
7. 本仕様書に明示なき事項については、施設担当者の指示のもと実施、対応すること。
8. 現行製品の医療用洗濯機（エレクトロラックス社 W4240H）、大型乾燥機（エレクトロラックス社 T4530）それぞれ1台ずつの引取を含めること。