

質 疑 回 答 書

No. 2

下記の入札に関し、質疑がありましたので回答致します。

入 札 物 件	国保中央病院検体検査業務委託
履 行 場 所	国保中央病院 中央検査室

No.	質 疑 内 容	回 答 内 容
1	国保中央病院臨床検査業務委託仕様書6 測定方法及び基準値 別紙「検査項目単価表」に記載のとおりとする。ただし、これと異なる測定方法及び基準値となる場合は、あらかじめ委託者に確認の上、了承を得ておくこと。 とありますが、あらかじめとは落札後の了承で良いのでしょうか。	落札前までに委託者の了承を得てください。
2	国保中央病院臨床検査業務委託仕様書8 業務仕様内容(2) 受託体制について②再委託について 受託者は別紙「検査項目単価表」に記載されている全項目を受託できる者であること。 とありますが、「検査項目単価表」の項目の中で、「抗サイログロブリン抗体 サイロイドテスト」「抗マイクローム抗体 マイクロームテスト」「FTA-ABS IGG」「抗ストレプトキナーゼ抗体(ASK)」「血中遊離HCG-β」は試薬販売中止。「ペカンナツ」「赤痢アメーバDNA 定性」は弊社では受託中止。「シリアルTN抗原(STN)」「HIV-1/2特異抗「遊離HCG-β(HCG-βサブユニット)」については、現時点では試薬販売一時中止となっておりますので、上記項目を省いて頂けませんか。	ご指摘のとおり、試薬販売(一時)中止及び一部業者様の独占項目が含まれておりましたので、再度ファイルを掲載いたしました。 入札書に同封する検査項目単価表には、「検査項目単価表(細菌検査以外)_250424修正」のファイルデータをご使用願います。

質 疑 回 答 書

No. 2

下記の入札に関し、質疑がありましたので回答致します。

入 札 物 件	国保中央病院検体検査業務委託
履 行 場 所	国保中央病院 中央検査室

No.	質 疑 内 容	回 答 内 容
3	国保中央病院臨床検査業務委託仕様書8 業務仕様内容（2）受託体制について③システム連携等について ウ：システム環境費用について、電子カルテ(NEC)、検査システム(シスメックス)各々の業者変更に関わる費用の概算をお教え下さい。	電子カルテ（NEC）にかかるシステム環境費用は発生しないと認識しております。 また、検査システム（シスメックス）にかかるシステム環境費用は、検査コードの変更作業を受託者、検査システム業者（シスメックス）のいずれが作業を行うかにより費用が増減すると認識しております。 詳細については、下記まで直接問い合わせ願います。 ●検査システムについて シスメックス株式会社 大阪支店 大阪第三営業所 大阪府北区堂島浜1丁目1番27号 大阪堂島浜タワー14階 電話番号：06-6341-6601 ●電子カルテについて NECネクサソリューションズ株式会社 関西支社 公共ソリューション営業グループ 大阪府大阪市中央区城見一丁目4番24号 NEC関西ビル 電話番号：06-6945-3617
4	国保中央病院臨床検査業務委託仕様書8 業務仕様内容（3）結果報告体制について② 受託者は、検査報告当日の7：00までに結果(検査データと画像データ)報告をWeb送信する。 とありますが、弊社のシステムの都合上、9：00までの送信となりますが、よろしいでしょうか。	問題ございませんが、可能な限り早急な送信をお願いします。

質 疑 回 答 書

No. 2

下記の入札に関し、質疑がありましたので回答致します。

入 札 物 件	国保中央病院検体検査業務委託
履 行 場 所	国保中央病院 中央検査室

No.	質 疑 内 容	回 答 内 容
5	国保中央病院臨床検査業務委託仕様書8 業務仕様内容（3）結果報告体制について⑥細菌検査報告の場合 ア：弊社での報告タイミングは、鏡検結果報告（中間報告）と同定・感受性結果（最終報告）の2段階となりますが、よろしいでしょうか。	問題ございません。
6	国保中央病院臨床検査業務委託仕様書8 業務仕様内容（3）結果報告体制について⑥細菌検査報告の場合 イ：喀痰検体の検査の場合、報告書には検体の性状（Mirrer-Jones分類）を明記すること。 とありますが、同じ検体の品質評価としGeckler分類での報告でも、よろしいでしょうか。	問題ございません。
7	国保中央病院臨床検査業務委託仕様書8 業務仕様内容（3）結果報告体制について⑥細菌検査報告の場合 エ：グラム陽性球菌の場合、推定菌も明記すること。 とありますが、推定菌の明記は必須でしょうか。	必須ではございませんが、可能な限り推定菌を明記するよう努めてください。 推定菌が全くの不明確である場合については、その旨を報告書に明記することで差し支えないものとします。