

別紙

血液ガス分析装置に関する仕様書

1 調達件名及び数量

血液ガス分析装置・・・・・・・・・・・・・・1 式

2 仕様等

【調達物品に備えるべき性能、機能に関する要件】 ※以下の要件を満たすこと。

1	測定項目として、pH、pCO ₂ 、pO ₂ 、cNa ⁺ 、cK ⁺ 、cCl ⁻ 、cCa ²⁺ 、ctHb、sO ₂ 、FO ₂ Hb、FCOHb、FMetHb、FHb を測定できること。
---	---

※納入場所は、国保中央病院 中央検査室とする。

【リース】

・ 契約期間：5 年（60 ヶ月）契約

※契約金額には、機器使用料、消耗品料、保守料を含むこと。

※資産の所有権は移転しません。契約満了時に納入業者側で引き取ることにします。

3 納入期限

令和 7 年 7 月 31 日（木）

※可能な限り早期の納入に努めること。

4 その他必要条件

- (1) 納入に要する運搬費や諸経費等は、契約金額に含めること。
- (2) 納入日については、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
- (3) 納入にあたっては既存の構造物に損害を与えないよう十分留意するものとする。
なお、損害を与えた場合は、受注者の負担において原形に復旧するものとする。
- (4) 納入機種に障害が生じた場合、復旧のために迅速な対応が可能であること。
- (5) 通常の使用で発生した故障の修理及び定期的な点検を実施できる体制であること。
- (6) 修理に日数がかかる場合は代替機を用意して対応することが可能であること。
- (7) 24 時間 365 日対応可能なコールセンターがあり、技術員の派遣が必要な場合は速やかに対応可能な体制を有すること。
- (8) 取り扱い説明書について、日本語版を 1 部提供すること。
- (9) 本仕様書に明示なき事項については、施設担当者の指示のもと実施、対応すること。