

仕 様 書

1. 調達件名および数量

- ・ 脊椎手術用物品一式の購入・・・・・・・・・・・・・・1 式

2. 仕様等

品名	メーカー	規格・型式	数量
開創器 ゲルピー 腔用 135mm	ビーズラウエ-スクラップ	BV996R	2 本
ゲルピー開創器 直角型 150mm×60mm	バグイカシステムズ	1-113-003-42	2 本
BOX コッヘル止血鉗子 有鉤直型 145mm	高砂医科	TKZ-E938-2	4 本
上顎洞粘膜剥離子 鳥居氏 両頭/A	永島医科器械	10227201	1 本
上顎洞粘膜剥離子 鳥居氏 両頭/B	永島医科器械	10227202	1 本
中隔剥離子 榊田氏 直	永島医科器械	10211601	1 本
デリケート組織ビネット 有鉤 1×2 爪 200mm	ビーズラウエ-スクラップ	BD671R	2 本
ホーパノチ デタッチャブル 薄型 130° 上向 先端サイズ 2mm シャフト長 180mm 開口幅 9mm	ビーズラウエ-スクラップ	FK907R	1 本
ホーパノチ デタッチャブル 薄型 130° 上向 先端サイズ 3mm シャフト長 180mm 開口幅 10mm	ビーズラウエ-スクラップ	FK908R	1 本
ホーパノチ デタッチャブル 薄型 130° 上向 先端サイズ 4mm シャフト長 180mm 開口幅 12mm	ビーズラウエ-スクラップ	FK909R	1 本
髄核鉗子 スパ-リング ストレート ショ-幅 4mm ショ-長 10mm シャフト長 180mm	ビーズラウエ-スクラップ	FF807R	2 本
BONIMED フル-ジ ャ-吸引管 4.0mm 220mm MY004	村中医療器	030-262-03	1 本
東氏棘状突起切除鉗子 全長 23cm ステンレス鋼製	ミズホ	02-085-00	1 本
超硬チップ 付切開剪刀 メツェンバ ム 反 全長 200mm	ビーズラウエ-スクラップ	BC275R	2 本
COBBS スパ-イカヒバ-ター 先端幅 19mm 全長 280mm	ビーズラウエ-スクラップ	FK148R	1 本
COBBS スパ-イカヒバ-ター 先端幅 10mm 全長 280mm	ビーズラウエ-スクラップ	FK146R	1 本
切線鉗子 ピン径 1.4mm 迄 21cm ステンレス製	大祐医科	TY-874L	2 本
カハ-腰椎トラクター ブレード なし キ-TE749R 付	ビーズラウエ-スクラップ	BV449R	1 本

ブレードリムーバー	ビーズラウジースクラップ	BV399R	1本
AICON コンテナ フラッシュ 底 EDS 付 598×297×136mm	ビーズラウジースクラップ	JJ121	2本
AICON コンテナ フラッシュ 蓋 598×297×28mm	ビーズラウジースクラップ	JJ410	2本
AICON バスケット ロング サイズ 537×250×55mm	ビーズラウジースクラップ	JJ162R	2本
AICON 通気孔カバー	ビーズラウジースクラップ	JJ440	2本
AICON リューザブルフィルター	ビーズラウジースクラップ	JJ615	2本
AICON 表示プレート ハーフ	ビーズラウジースクラップ	JJ508	2本
AICON ID タグ ホワイト 56×29mm 刻印入	ビーズラウジースクラップ	JJ546B	2本
キューパーフォバスケット ハーフ サイズ 243×253×56mm	ビーズラウジースクラップ	JF112R	2本
イソ4エレクト ECCOS モーターケーブル用	ビーズラウジースクラップ	GB073R	2本
イソ4エレクト ECCOS 1 ハンドピース用	ビーズラウジースクラップ	GB082R	2本
イソ4エレクト ECCOS 12 バイ用	ビーズラウジースクラップ	GB718R	2本
プライムライン フロア ハーフ サイズ ブルー 303×294×37mm	ビーズラウジースクラップ	JP122	2本
ハーフ サイズ 滅菌コンテナ 底 300×274×90mm 孔無	ビーズラウジースクラップ	JK340	2本
ハンドル昇降式器械台 オーバーテーブル型 W900mm×D600mm	セツジメディカル	NSB-R-3	1台
ローゼル持針器 チップ 付 19cm 螺子止	ミズホ	O6-810-00	2本
神経根トラクター 先端幅 10mm 全長 240mm	ビーズラウジースクラップ	FF698R	1本
丸ハサミ 全長 180mm	ビーズラウジースクラップ	FO453R	1本
丸ハサミ 曲 1クレストロング 幅 10.2mm	ビーズラウジースクラップ	FO551NR	2本
各メーカー送料			1回

※同等品は不可とする。

※国保中央病院 中央手術室に納入すること。

3. 納入期限

令和7年10月31日（金）

※可能な限り早期の納入に努めること。

4. 脊椎手術用物品一式に関する要件

1. 当施設が指定した納入場所において、本物品および付属全ての納入、据付および取扱説明について責任をもって行うこと。
2. 資材搬入により生じた梱包材料などは、持ち帰り処分すること。
3. 資材搬入、運搬等において、建物にキズ、破損などの損害を与えた場合は、補修に関する費用は納入業者の負担とする。
4. 納入完了の後日、報告書を提出し、施設担当者の検収を受けること。

5. その他

1. 指定納入場所への搬入、運搬、設置に係る調整等の作業費は、契約金額内で行うこと。
2. 納入については、事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
3. 日本語の取扱説明書を提供すること。
4. 納入物品は、新造、未使用であること。
5. 納入完了後、使用説明等を充分に行うこと。
6. 本仕様書に明示なき事項については、施設担当者の指示のもと実施、対応すること。